

Syringe-type and Needle Gauge Have No Role in Adverse Events Following DTwP Immunization: A Randomized Multicenter Trial

22/04/2015

Fateh M, Emamian MH, Zahraei SM, Fotouhi A. Syringe. *Pediatr Infect Dis J* 2014; 33(9): e233-e246.

Palabra clave: DTPe, efecto adverso, calibre aguja.

Se reclutaron 1.000 niños de 2 meses a 6 años con dos grupos en función del tipo de jeringa y calibre de la aguja (23 vs. 24). No se observaron diferencias significativas en cuanto a la presencia de reacciones locales graves o leves. Los autores concluyen que el tipo de jeringa y el calibre de la aguja no modificaron la frecuencia de efectos adversos locales al vacunar con vacuna de difteria, tétanos y tos ferina de célula entera.

[\[mas información\]](#)